

Kolno, dnia 22.10.2013r.

Sz.O./SAG/41/ /13

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora i laboratoryjnego systemu informatycznego dla potrzeb Laboratorium Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak przetargu Sz.O./SAG/41/12/13.

Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 907) w związku z zapytaniem Wykonawcy, przekazuje wyjaśnienia i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie Nr 1.

Dotyczy treści SIWZ:

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy i przekazania do dzierżawy analizatora do 3 tygodni od podpisania umowy, a laboratoryjnego systemu informatycznego do 30 dni od dnia zainstalowania analizatora.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin dostawy analizatora do 7 dni od podpisania umowy, a laboratoryjnego systemu informatycznego do 30 dni od dnia zainstalowania analizatora.

Pytanie Nr 2

Dotyczy treści SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i wyrazi zgodę na dostarczenie tych materiałów tylko przez Wykonawcę którego oferta zostanie w wyniku postępowania przetargowego wybrana, wraz z pierwszą dostawą lub na każde wezwanie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania analizator z trzyparametrową przystawką jonoselektywną (sód, potas, chlorki) z możliwością wyłączenia w oprogramowaniu poszczególnych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania analizator, w którym pomiar ISE odbywa się metodą pośrednią?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 5

Czy poprzez zapis „możliwość oznaczeń we krwi” Zamawiający rozumie możliwość oznaczeń w surowicy, osoczu i hemolizacie krwi pełnej?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie Nr 6

Prosimy o określenie przez Zamawiającego ilu maksymalnie letni może być zaoferowany analizator? Prosimy o określenie roku produkcji oferowanego analizatora.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w Załączniku Nr 3 do SIWZ (Wymagane parametry techniczne dla analizatora biochemicznego i laboratoryjnego systemu informatycznego), pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Analizator fabrycznie nowy lub po udokumentowanym odtworzeniu, **jednak rok produkcji nie wcześniej niż 2010.**”

Pytanie Nr 7

Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny umożliwiający wykonywanie oznaczeń w hemolizacie krwi pełnej zamiast krwi pełnej? Jeżeli nie to który parametr Zamawiający zamierza wykonywać we krwi pełnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, używając nietrafnie określenia „krew pełna” zamawiający miał na myśli hemolizat krwi pełnej pobranej na antykoagulant, w którym oznaczana będzie hemoglobina glikowana.

Pytanie Nr 8

Czy Zamawiający dopuści analizator niewyposażony w automatyczny podajnik statywów próbkowych, ale z możliwością bezpośredniego dostawiania próbek badanych do rotora próbkowego bez przerywania pracy aparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 9

Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny pracujący z wykorzystaniem kuwet wielokrotnego użytku wykonanych z wysokiej jakości materiału plastikowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 10

Dotyczy punktu 15 Parametrów granicznych analizatora biochemicznego.

Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny z dedykowanymi, wydzielonymi pozycjami na próbki „CITO”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 11

Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny umożliwiający chłodzenie przedziału odczynników bez możliwości chłodzenia próbek, kalibratorów i kontroli?

Ze względu na charakterystykę materiału jakimi są kontrole, kalibratory i surowice pacjentów, zasady dobrej diagnostyki laboratoryjnej zalecają jak najszybsze wykonywanie oznaczeń i nie przechowywanie w/w materiału. Przechowywanie na pokładzie materiałów kontrolnych, kalibracyjnych i próbek natywnych powoduje ich parowanie lub rozkład zawartych w nich substancji czego konsekwencją mogą być błędne wyniki.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 12

Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny, w którym kalibratory i kontrole identyfikowane są w oparciu o numeryczną wyznaczoną identyfikację miejsca na pokładzie analizatora?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 13

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania bilirubiny całkowitej met. z wanadanami, charakteryzujący się liniowością do 69 mg/dl i brakiem interferencji ze strony hemoglobina do 0,25 g/dl?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 14

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania bilirubiny bezpośredniej met. z wanadanami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zewnętrznej niezależnej od producenta odczynników kontroli jakości badań? Tylko niezależna od producenta odczynników kontrola, umożliwi Państwu wiarygodną ocenę uzyskiwanych wyników.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 16

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania HDL-bezp. charakteryzujący się brakiem interferencji ze strony triglicerydów do 500mg/dl?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 17

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników w opakowaniach umożliwiających ich bezpośrednie umieszczenie na pokładzie analizatora bez konieczności ich wcześniejszego przygotowywania/przelewania poza pokładem aparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 18

Jakie parametry za wyjątkiem białka całkowitego w moczu ma umożliwiać kontrola w postaci moczu kontrolnego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga tylko materiału kontrolnego pozwalającego na oznaczenie białka celem kontroli oznaczeń białka w moczu i płynie mózgowo – rdzeniowym za pomocą przeznaczonego do tego odczynnika.

Pytanie Nr 19

Czy zamawiający w pozycji 20 wyrazi zgodę na zastąpienie parametru TIBC równoważnym w interpretacji klinicznej parametrem UIBC ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 907) Zamawiający dokonuje w dniu 22.10.2013r. zmiany treści SIWZ oraz Załącznika Nr 1, 3 i 7 do SIWZ.

1. Zamawiający w pkt. 3 ppkt. 7) SIWZ zmienia napisy:

Z:

- 7) Wykonawca dostarczy i przekaze zamawiającemu do dzierżawy analizator i laboratoryjny system informatyczny będący przedmiotem niniejszego postępowania w terminie 2-3 dni od podpisania umowy.

Na:

- 7) Wykonawca dostarczy i przekaze zamawiającemu do dzierżawy analizator w terminie 7 dni od podpisania umowy, a laboratoryjny system informatyczny do 30 dni od dnia zainstalowania analizatora.

2. W załączniku Nr 1 do SIWZ w rozdziale II. Przedmiot oferty w pkt. 2 zapis „Termin dostarczenia i przekazania do eksploatacji analizatora i laboratoryjnego systemu informatycznego - w terminie 2-3 dni od podpisania umowy.” **otrzymuje nowe brzmienie:**

„Termin dostarczenia i przekazania do eksploatacji analizatora w terminie 7 dni od podpisania umowy, a laboratoryjny system informatyczny do 30 dni od dnia zainstalowania analizatora.

3. Zamawiający zmienia w Załączniku Nr 3 do SIWZ (Wymagane parametry techniczne dla analizatora biochemicznego i laboratoryjnego systemu informatycznego) **pkt. 2**, który otrzymuje nowe brzmienie: „Analizator fabrycznie nowy lub po udokumentowanym odtworzeniu, **jednak rok produkcji nie wcześniej niż 2010.**”

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

4. Zamawiający w Załączniku Nr 7 do SIWZ w § 2 **zmienia ust. 4:**

Z:

„Instalacja aparatury nastąpi w terminie 2-3 dni od dnia podpisania umowy na koszt Wykonawcy. Odbiór aparatury potwierdzony zostanie odrębnym protokołem.”

Na:

„Instalacja analizatora nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, a laboratoryjny system informatyczny do 30 dni od dnia zainstalowania analizatora na koszt Wykonawcy. Odbiór aparatury potwierdzony zostanie odrębnym protokołem.”

Pozostałe warunki zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu zmieniony Załącznik Nr 1, 3 i 7 do SIWZ.

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl