

Kolno, dnia 27.02.2013r.

Sz.O./SAG/41/ /13

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak przetargu Sz.O/SAG/41/03/13.

Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) w związku z zapytaniem Wykonawcy, przekazuje wyjaśnienia i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie Nr 1.

Dotyczy pakietu Nr 2 - Igły:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w pakiecie igły pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie Nr 2 i 3

Dotyczy pakietu Nr 2 - Igły:

- Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga, aby igły w poz. 6 i 7 w rozmiarze 1,1 i 1,2 były krótkościęte? Zastosowanie igieł krótkościętych, uniemożliwia fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego z fiolki leku. Nadmieniamy, że szereg incydentów medycznych zgłaszanych przez szpitale było spowodowane zastosowaniem do aspiracji leku igły długościętej, która powoduje fragmentację korka.
- Czy Zamawiający wymaga, aby igły iniekcyjne posiadały na opakowaniu jednostkowym informację o tym czy igła posiada ostrze krótko czy długościęte?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść w Pakiecie Nr 2 – Igły poprzez dodanie uwagi umieszczonej pod pakietem o następującej treści:

„Uwaga!

Igły iniekcyjne, jałowe muszą posiadać na opakowaniu jednostkowym informację o tym czy igła posiada ostrze krótko czy długościęte. Poz. 1-5 to igły długościęte, poz. 6-7 to igły krótkościęte.”

Pytanie Nr 4

Dotyczy pakietu Nr 10, poz. 1:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania w pozycji 1 elektrod okrągłych, na bazie pianki, z żelom stałym, o średnicy 42 mm, z jęczyzkiem ułatwiającym aplikację (odległość od szczytu jęczyzka do przeciwległego końca elektrod – 45 mm).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 5

Dotyczy pakietu Nr 10, poz. 1:

Ze względu na dużą ilość elektrod zwracamy się do Zamawiającego o zgodę na przeliczenie elektrod na opakowania z właściwym przeliczeniem stron.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 6

Dotyczy pakietu Nr 10, poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga elektrod z kabelkiem czy bez.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga elektrody dla niemowląt/norodków bez kabelka.

Pytanie Nr 7

Dotyczy pakietu Nr 10, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 110 mm x 20 m lub 110 mm x 30 m, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza papier w rozmiarze 110 mm x 20 m.

Pytanie Nr 8

Dotyczy pakietu Nr 10, poz. 9:

Czy Zamawiający wymaga papieru w rozmiarze 210x30 w kratkę, czy bez tj. papieru jak do faksu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga papieru w rozmiarze 210x30 jak do faksu.

Pytanie Nr 9

Dotyczy Załącznika Nr 4:

Prosimy o dostosowanie treści załącznika nr 4 (Oświadczenie zgodne z art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) do obecnie obowiązującej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z wejściem w życie Ustawy z dn. 12 października 2012 o zmianie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2012 poz. 1271)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, zmieniony załącznik zamieszczono na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl jako załącznik Nr 4 do SIWZ po zmianach.

Pytanie Nr 10

Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ, par. 5 ust. 5

Prosimy o zmianę treści ww. ustępu na następujący:

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego – bez zmiany cen jednostkowych – zastąpienia wadliwego towaru, łącznie ze zmianą partii produkcyjnej towarów, jeżeli wady określone w protokole reklamacyjnym będą na tyle istotne, że będą uniemożliwiały stosowanie i używanie dostarczonego towaru lub będą stanowiły zagrożenia dla zdrowia pacjentów i pracowników Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 11

Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ, par. 6 ust. 4

Prosimy o dodanie zastrzeżenia:

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszczają zmianę wartości umowy. W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Odpowiedź:

Zamawiający w Załączniku Nr 6 do SIWZ, par. 6 dodaje ust. 4a o następującej treści:

„4a. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszczają zmianę wartości umowy. W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.”

Pytanie Nr 12

Dotyczy Załącznika Nr 6 do SIWZ, par. 8 ust. 2

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku niewuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 13

Dotyczy pakietu Nr 1, poz. 1 i 2:

Proszę o odstąpienie od wymogu aby przyrządy posiadały nazwę producenta na zaciskaczu. Wymóg ten nie ma żadnego medycznego uzasadnienia i skutecznie uniemożliwia oferentom na złożenie ofert. Podstawą do identyfikacji produktu jest numeru serii a nie nazwa producenta na poszczególnym wyrobie, co czyni ten wymóg bez podstawnym i sugeruje stronniczość Zamawiającego. Nazwa producenta powiela się na opakowaniu jednostkowym, zbiorczym i kartonie co czyni produkt rozpoznawalnym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 14

Dotyczy pakietu Nr 3, poz. 8:

Proszę o odstąpienie od wymogu aby strzykawka posiadała dwustronną skalę pomiarową. Wymóg jest bezzasadny, ponieważ Zamawiający nie wymaga tego samego w innych strzykawkach w tym samym pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie Nr 3, poz. 8 odstępuje od wymogu aby strzykawka posiadała dwustronną skalę pomiarową.

Pytanie Nr 15

Dotyczy pakietu Nr 3, poz. od 3 do 6:

Proszę o dopuszczenie strzykawek z korpusem innym niż zielony. Zamawiający może podać wymóg aby tłok był kontrastującym ale nie może wymagać konkretnego koloru. W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o medyczne uzasadnienie wyższości koloru zielonego nad niebieskim.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza strzykawkę z korpusem kontrastującym.

Pytanie Nr 16

Dotyczy pakietu Nr 4, poz. 2:

Proszę o dopuszczenie kaniuli do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji wykonana z poliuretanu, posiada: samozamykający się zawór górnego portu, 3 wtopione paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer lock, gdzie trzpień zamykający

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, międzynarodowy kod kolorów, sterylizowana EO, rozmiary: 24G dł.19mm; 22G dł. 25mm; 20G dł.25mm; 20G dł. 33mm; 18G dł.33mm; 18G dł.45mm; 17G dł. 45mm; 16G dł.45mm; 14G dł. 45mm, sterylne.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 17

Dotyczy pakietu Nr 4, poz. 3:

Proszę o dopuszczenie kaniuli z poliuretanu do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem oraz z automatycznym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z automatycznym zatraskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia) z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 3 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, w rozmiarach 22 - 14G. Nie posiadająca bocznych przewodnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia, sterylizowana EO, rozmiary: międzynarodowy kod kolorów, rozmiary: 24G dł.19 mm; 22G dł. 25mm; 20G dł. 32mm; 18G dł.32mm; 18G dł.45mm; 17G dł. 45mm; 16G dł.45mm; 14G dł. 45mm, sterylne.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 18

Dotyczy pakietu Nr 12, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z fałdą dł. 100 m szer. 400 x 80?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dł. 100 m, pozostałe wymiary pozostają bez zmian.

Pytanie Nr 19

Dotyczy pakietu Nr 12:

Czy Zamawiający wymaga aby na rękawach umieszczony był znak CE oraz rozmiary szerokości i długość rękawa?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie Nr 20

Dotyczy pakietu Nr 12:

Czy w związku z powyższym Zamawiający żąda na potwierdzenie spełniania powyższych wymagań przedstawienia próbek produktu?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 3 ppkt. 2 SIWZ przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (w trakcie badania ofert, w określonym przez siebie terminie) zażądania pojedynczych próbek asortymentowych, instrukcji użytkowania wyrobu oraz kart technicznych wyrobów do dokonania porównań oferowanego przedmiotu zamówienia.

Pytanie Nr 21

Dotyczy pakietu Nr 13, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o gramaturze 56g/m2 o składzie:

serweta	1	L2	130x90
serweta(owinięcia)	1	L2	150x90
serweta kompresowa	1	włóknina kompresowa	80x60
serweta kompresowa	6	włóknina kompresowa	25x20
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1		60x60
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1		90x60

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 22

Dotyczy pakietu Nr 13, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Serweta z laminatu FB	50x60cm	1
Rękawice lateksowe M	M	2
Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem	50x60cm; Ø5cm	1
Tupfer kula 17N	20x20cm	6
Pęseta plastikowa		1

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 23

Dotyczy treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy: bądź w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 24

Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 9:

Czy Zamawiający ma na myśli 6 sztuk czy 6 opakowań a'100szt. igieł do Pena?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli 6 opakowań a'100szt. igieł do Pena.

Pytanie Nr 25

Dotyczy pakietu Nr 6, poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych o nieprzezroczystym konektorze i twardości potwierdzonej oświadczeniem producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 26

Dotyczy pakietu Nr 6, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia przez nos z nieprzezroczystym konektorem, twardością potwierdzoną oświadczeniem producenta i odstąpi od wymogu aby powierzchnia cewnika do karmienia posiadała zmrożoną powierzchnię?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 27

Dotyczy pakietu Nr 6, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź:

TAK.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 28

Dotyczy pakietu Nr 6, poz. 11-13:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cewnik Nelatona posiadał zmrożoną powierzchnię i dopuści potwierdzenie twardości oświadczeniem producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 29

Dotyczy pakietu Nr 6, poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya w opakowaniu papier-folia, folia?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie Nr 30

Dotyczy pakietu Nr 6, poz. 16:

Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzera z 3 otworami w odcinku dystalnym?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie Nr 31

Dotyczy pakietu Nr 6, poz. 20:

Czy Zamawiający dopuści butelkę do jednorazowego odsysania ran o pojemności 250ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 32

Dotyczy pakietu Nr 6, poz. 23:

Czy Zamawiający dopuści dren Kehra w rozmiarze 30cm x 76cm?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie Nr 33

Dotyczy pakietu Nr 6, poz. 24-25:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 24-25 z pakietu nr 6 i utworzy z nich odrębne zadanie? Rozwiązanie takie umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu wybór rzeczywiście korzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 34

Dotyczy pakietu Nr 6, poz. 27:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby zgłębnik żołądkowy posiadał zmrożoną powierzchnię, dopuści nieprzezroczysty konektor i wyrazi zgodę na potwierdzenie parametrów oświadczeniem producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 35

Dotyczy pakietu Nr 9, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do podawania leków w opakowaniach a'75szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: TAK.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 36

Dotyczy pakietu Nr 9, poz. 8:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyrząd wielokrotnego aspirowania płynów i leków posiadał zastawkę bezzwrotną?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 37

Dotyczy pakietu Nr 9, poz. 10:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na koreczku widniała nazwa producenta i czy dopuści trzpień powyżej krawędzi koreczka?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 38

Dotyczy pakietu Nr 9, poz. 10, 47:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10 i 47 z pakietu nr 9 i utworzy z nich odrębne zadanie? Rozwiązanie takie umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu wybór rzeczywiście korzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 39

Dotyczy pakietu Nr 10, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści papier termoczuły 110mm x 25m?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie Nr 40

Dotyczy pakietu Nr 10, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści papier termoczuły 210mm x 25m?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie Nr 41

Dotyczy pakietu Nr 10, poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG 210x280x300?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie Nr 42

Dotyczy pakietu Nr 18, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończyne w rozmiarze 30cm x 80cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 43

Dotyczy pakietu Nr 18, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści folie operacyjną w rozmiarze 15cm x 28cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 44

Dotyczy pakietu Nr 18, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści folie operacyjną w rozmiarze 30cm x 28cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 45

Dotyczy pakietu Nr 14, poz. 1:

Czy zamawiający dopuści serwetę rozm. 50x60 z otworem 6x8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 46

Dotyczy pakietu Nr 14, poz. 2:

Czy zamawiający dopuści serwetę rozm. 75x90 z otworem 7cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 47

Dotyczy pakietu Nr 14, poz. 3:

Czy zamawiający dopuści serwetę rozm. 45x75 lub rozm. 37,5x45cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 48

Dotyczy pakietu Nr 14, poz. 5:

Czy zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową rozm. 75x90cm?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie Nr 49

Dotyczy pakietu Nr 14, poz. 6:

Czy zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną do znieczulenia przewodowego rozm. 75x80 otwór 6x15cm?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie Nr 50

Dotyczy pakietu Nr 14, poz. 7:

Czy zamawiający dopuści obl. Na stół MAYO rozm. 79x145cm gramatura 83 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 51

Dotyczy pakietu Nr 14, poz. 8:

Czy zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 63 g/m2 w strefie mniej krytycznej oraz laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 63 g/m2 i folii PE grubości 0,08 mm w strefie krytycznej wyrobu. Skład:

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

1. serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego o wymiarach 180x300 cm posiadająca otwór w kształcie trapezu o wymiarach: wysokość 23 cm, dolna podstawa 33 cm, górna podstawa 23 cm, wypełniony folią chirurgiczną, posiadająca zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów wyposażony w sztywnik i zawór drenażowy	180x300	1
2. serweta - owinięcie noworodka	80x90	1
3. taśmy samoprzylepne	9x49	1
4. ręczniki chłonne	30x40	4
5. osłona na stół MAYO	79x145	1
6. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x200	1

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 52

Dotyczy pakietu Nr 14, poz. 9:

Czy zamawiający dopuści zestaw Sterylne obłożenie pola operacyjnego jednorazowego użytku, uniwersalne:

- a) serweta sterylna – góra – szerokość 150 cm x długość 240 cm (z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku) wyposażona w organizatory przewodów – 1 szt
- b) serweta sterylna – dół – 175 (z taśmą samoprzylepną) x 175 cm (bez przylepca) wyposażona w organizatory przewodów – 1 szt
- c) ręczniki chłonne 18 x 25 cm – 4 szt.
- d) serweta sterylna boczna 75 cm x 90 cm (z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku) – 2 szt
- e) serweta sterylna na stół podstawowy na narzędzia – 140 cm x 190 cm – 1 szt
- f) przykrycie stoika Mayo (typu „worek”) – 79 cm x 145 cm – 1 szt
- g) sterylna taśma samoprzylepna, nieprzemakalna, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (jedną z warstw stanowi folia PE, a drugą chłonna włóknina), do mocowania kabli – 9 x 49 cm – 1 szt

Zestaw wykonany jest z chłonnego nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego (strefa krytyczna. Materiał serwety głównej posiada 3 warstwy: włóknina 23 g/m², Folia PE 40 mikronów, Papier 20 g/m². Zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej normy PN EN 13795-1, 2, 3. Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w cztery metki (przylepne zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 53

Dotyczy pakietu Nr 14, poz. 10:

Czy zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 63 g/m² w strefie mniej krytycznej oraz laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 63 g/m² i folii PE grubości 0,08 mm w strefie krytycznej wyrobu. Skład:

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220x320 cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 60x75 cm z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów o wymiarach 80x80 cm z możliwością dwustronnego podłączenia drenu.....	220x320	1
2. osłona na kończynę	37x75	1
3. taśmy samoprzylepne	9x49	2
4. ręczniki chłonne	30x40	2
5. osłona na kamerę	16x200	1
6. przewód drenażowy	Ø 0,8x100	1
7. osłona na stół MAYO	79x145	1
8. serweta na stół - (owinięcie zestawu)	150x180	1

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 54

Dotyczy pakietu Nr 14, poz. 11:

Czy zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 63 g/m² w strefie mniej krytycznej oraz laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 63 g/m² i folii PE grubości 0,08 mm w strefie krytycznej wyrobu. Skład:

- | | | |
|--|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 220x320 cm, posiadająca samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, otoczony warstwą wysoko chłonną o wymiarach 75x90 cm z możliwością zamocowania drenów | 220x320 | 1 |
| 2. osłona na kończynę | 37x75 | 1 |
| 3. taśmy samoprzylepne | 9x49 | 4 |
| 4. ręczniki chłonne | 30x40 | 4 |
| 5. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem | 2x15x40 | 1 |
| 6. osłona na stół MAYO | 79x145 | 1 |
| 7. serweta na stół - (owinięcie zestawu) | 150x200 | 1 |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 55

Dotyczy pakietu Nr 14, poz. 12:

Czy zamawiający dopuści zestaw brzuszno-kroczykowy wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 63 g/m². Zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej normy PN EN 13795-1, 2, 3. Skład:

- | | | |
|--|-------------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do laparoskopii ginekologicznej o wymiarach 180/270x220 cm, zintegrowana z nogawicami, posiada otwór w kształcie trapezu w okolicach jamy brzusznej o wymiarach - wysokość 20 cm, dolna podstawa 30 cm, górna podstawa 20 cm, oraz otwór w okolicach krocza z zabezpieczeniami w postaci osłony o wymiarach 10x15 cm | 180/270x220 | 1 |
| 2. taśma samoprzylepna | 9x49 | 1 |
| 3. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem | 2x15x40 | 1 |
| 4. osłona na stół MAYO | 79x145 | 1 |
| 5. serweta na stół - (owinięcie zestawu) | 150x200 | 1 |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 56

Dotyczy pakietu Nr 14, poz. 13:

Czy zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne jednorazowe w komplecie bluza z krótkim rękawem +spodnie proste, wiązane na troki, bluza z kieszeniami, dekolot możliwie niewielki ale umożliwiający swobodne włożenie bluzy przez głowę; ubranie wykonane z włókniny polipropylenowej SMMMS typu Spunbonded 35 gr/m²; nie zszywająca wykonana z nylonu, kolor co najmniej niebieski; rozmiary co najmniej: S, M, L, XL. Pakowane po 45 szt w opakowaniu. Zgodny z wymaganiami obowiązującej normy PN EN 13795-1, 2, 3?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pakowane po 10 szt. w opakowaniu.

Pytanie Nr 57

Dotyczy pakietu Nr 14, poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuch chirurgiczny-do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m²; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XXL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 58

Dotyczy pakietu Nr 14, poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m²; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m², rękawy 40 g/m² (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XXL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 59

Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa; ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”?

Odpowiedź:

Zamawiający w Załączniku Nr 6 do SIWZ, par. 6 dodaje ust. 4a o następującej treści:

„4a. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszczają zmianę wartości umowy. W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.”

Pytanie Nr 60

Dotyczy pakietu Nr 14, poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetki samoprzylepnej do znieczulenia przewodowego spełniającej wymogi SIWZ ale wykonanej z 3-warstwowej włókniny?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie Nr 61

Dotyczy pakietu Nr 8, poz. 1:

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 8 w pozycji 1 dopuści dren z trokarem tępym sterylny, pakowany w opakowanie folia-papier, spełniający wszystkie pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 62

Dotyczy pakietu Nr 8, poz. 2:

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 8 w pozycji 2 dopuści dren z trokarem typu trójkąt z oznaczeniem rozmiaru tylko na drenie i trokarem z ergonomicznym uchwytem, spełniający wszystkie pozostałe zapisy SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 63

Dotyczy treści umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości umownej towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości umownej towaru nie dostarczonego w terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 64

Dotyczy treści umowy:

Czy w związku ze znowelizowanym brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

1. w przypadku zmian obciążeń publiczno-prawnych (np.,. cła, podatek VAT) skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia wykonawcy z tytułu zawartej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający w Załączniku Nr 6 do SIWZ, par. 6 dodaje ust. 4a o następującej treści:

„4a. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszczają zmianę wartości umowy. W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.”

Pytanie Nr 65

Dotyczy treści umowy Paragraf 3:

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 zapisu o następującej treści: „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów” Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźnią dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 66

Dotyczy treści umowy Paragraf 8 ustępl:

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie niniejszego punktu z umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 67

Dotyczy treści SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 68

Dotyczy treści SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 69

Dotyczy treści SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej planowaną zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cenna brutto, cena netto pozostanie bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający w Załączniku Nr 6 do SIWZ, par. 6 dodaje ust. 4a o następującej treści:

„4a. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszczają zmianę wartości umowy. W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian.”

Pytanie Nr 70

Dotyczy treści SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 71 i 72

Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 6-7:

- Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w rozmiarze 1,1 i 1,2 o dwóch rodzajach ścięcia w zależności od zastosowania: krótkościę oraz długościę? Igle krótkościę przeznaczone są do aspiracji leku z fiolki, uniemożliwiają fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego leku. Igle długościę przeznaczone są do procedur medycznych, w których wymagane jest ostre i długie ścicie min: punkcji i ewakuacji ropni.
- Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko, czy długościę na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść w Pakiecie Nr 2 – Igle poprzez dodanie uwagi umieszczonej pod pakietem o następującej treści:

„Uwaga!

Igły iniekcyjne, jałowe muszą posiadać na opakowaniu jednostkowym informację o tym czy igła posiada ostrze krótko czy długościę. Poz. 1-5 to igły długościę, poz. 6-7 to igły krótkościę.”

Pytanie Nr 73

Dotyczy pakietu Nr 2, poz. 1-7:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania)?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie Nr 74

Dotyczy pakietu Nr 4, poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu?

Wydzielenie w/w pozycji pozwoli złożyć oferty większej liczbie Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność pakietu i umożliwi Zamawiającemu uzyskanie korzystniejszych cen. Obecne określenie przedmiotu zamówienia nie daje możliwości przystąpienia większej liczby oferentów, co narusza art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, które obligują Zamawiającego do określenia przedmiotu zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 75

Dotyczy pakietu Nr 9, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane po 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań tj. 467op.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 76

Dotyczy pakietu Nr 9, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem p/bakteryjnym 0,45µm spełniające pozostałe zapisy SIWZ?

Prośbę swą kierujemy ponieważ żaden z producentów nie produkuje przewodu z filtrem p/bakteryjnym 0,10µm w wersji z zastawką bezzwrotną zapobiegającą przypadkowemu wydostaniu się leku na zewnątrz.

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie Nr 77

Dotyczy pakietu Nr 9, poz. 47-48:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie Zamawiającemu znacznie korzystniejszej i atrakcyjniejszej oferty cenowej. W/w asortyment jest sprzętem specjalistycznym, na który oferty składają wyłącznie firmy specjalizujące się jego sprzedażą.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 78

Dotyczy pakietu Nr 15, poz. 1, 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody jednorazowe dzielone, owalne dla dorosłych i dzieci, o powierzchni przewodzenia 110 cm², długość 122mm, szerokość 176mm pokryte hydrożelem oraz wyposażone w specjalny pas, który zapewnia równomierne i bezpieczne rozprowadzenie prądu na całej powierzchni elektrody, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegu oraz eliminuje powstanie oparzeń od strony elektrody biernej, opakowanie 50 szt. blokompatybilne wg EN ISO 10993? Jednocześnie prosimy o wykreślenie z opisu elektrod słowa klej, ponieważ elektrody bierne jednorazowe mogą być pokryte hydrożelem albo klejem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wymiary w punkcie 1 - powierzchnia przewodzenia 110 cm², długość 122mm, szerokość 176mm.

Reszta parametrów technicznych Pakietu Nr 15 punktu 1 i 2, zgodna z SIWZ.

Pytanie Nr 79

Dotyczy pakietu Nr 7, poz. 4:

Czy Zamawiający w poz. nr 4 (rurki Guedela) dopuści rurki w rozmiarze: 3, 4 oraz 5 bez rozmiaru 3,5?

Odpowiedź:

TAK.

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl