

## Formularz asortymentowo - cenowy Nr 5

## Pakiet Nr 5 - Szybkie testy diagnostyczne.

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość oznaczeń na 2 lata	Wymagane parametry	Wielkość opakowania	Ilość opakowań na 2 lata	Cena 1 opak. netto	VAT	Cena 1 opak. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Krew utajona - test kasetkowy	300	Test płytkowy immunochromatograficzny w kale z użyciem wyłącznie przeciwciał monoklonalnych, standaryzowany wobec certyfikowanego materiału referencyjnego CRM 522, swoisty dla ludzkiej hemoglobiny i nie wymagający diety. Czulość min. 20 ng/ml hemoglobiny (w buforze)							
2	Mononukleozą zakaźną - test kasetkowy	100	Czulość min. 99%, kontrola dodatnia i ujemna w zestawie.							
3	Narkotyki w moczu minimum 10-parametrowe (AMP, COC, MET, MOP, MDMA (ecstasy), THC) - test kasetkowy	200	Udokumentowany próg wykrywalności dla min. 78 substancji pochodnych czulość: AMP= min. 1000 ng/ml COC= min. 300ng/ml THC= min. 50ng/ml MET= min. 1000 ng/ml MOR= min. 300 ng/ml MTD= min. 300 ng/ml MDMA (ecstasy) = 500 ng/ml BZD=min. 300 ng/ml BAR= min 300 ng/ml TCA= min. 1000 ng/ml							
4	Leki 1-parametrowe w moczu - barbiturany - test kasetkowy	100	Czulość min. 300 ng/ml							
5	Leki 1-parametrowe w moczu - benzodiazepiny - test kasetkowy	100	Czulość min. 300 ng/ml							

6	Leki 1-parametrowe w moczu - trójcykliczne antydepresanty - test kasetkowy	100	Czułość min. 1000 ng/ml							
7	RF latex z kontrolą dodatnią i ujemną	400 ozn.	Zestaw na max. 100 ozn., czułość 8 IU/ml							
8	Waller - Rose z kontrolą dodatnią i ujemną	200 ozn.	Zestaw na max. 100 ozn., czułość 8 IU/ml							
9	ASO latex z kontrolą dodatnią i ujemną	300 ozn.	Zestaw na max. 100 ozn., czułość min. 200 IU/ml							
10	RPR latex z kontrolami - 0.3% zawiesina kardiolipiny w obecności cząstek węgla z kontrolą dodatnią i ujemną	2500 ozn.	Kompletny zestaw z mieszadełkami, igłą do dozowania i płytkami testowymi							
11	Antygen GSA - test kasetkowy	300 ozn.	czułość min 99%							
12	Test do jednoczesnego oznaczania rota i adenowirusów - test kasetkowy	400 ozn.	czułość min 99%							
<b>RAZEM</b>										

**Wymagania dodatkowe:**

1. Wymagane są metodyki wszystkich zamawianych testów w języku polskim.
2. Zestawy muszą posiadać karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.