

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Sz.O./SAG/41/ 3743/18

Kolno, dnia 05.09.2018r.

Do wszystkich uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak przetargu Sz.O./SAG/41/10/18.

Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w związku z zapytaniem Wykonawców, przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie Nr 1

Dotyczy pakietu Nr 3 poz. 8

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 8 i dopuści:
Chusteczki z włókniny poliestrowej bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecyldimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 30x34cm, 100 sztuk w opakowaniu typu wiaderko?
lub

Chusteczki z włókniny poliestrowej bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecyldimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 2

Dotyczy pakietu Nr 3 poz.9

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 9 i dopuści:
Chusteczki z włókniny poliestrowej bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecyldimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki z włókniny poliestrowej bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecyldimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki z włókniny poliestrowej bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecyldimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 3

Dotyczy pakietu Nr 1 poz. 11 i 12

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w płynie na bazie roztwór rodników ponadtlenkowych przeznaczonego do stosowania na rany oraz błony śluzowe tj. opatrywanie, oczyszczanie, nawilżanie i odkażanie o szerokim spektrum działania wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów wraz z działaniem sporobójczym, bez zawartości octenidyny, poliheksanidyny, jodu, chlorheksydy, alkoholu, środków konserwujących, gotowy do użycia, bezbarwny. Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia, a także przy zabiegach okulistycznych w pobliżu oka, płukania jam ciała w tym otrzewnej oraz pola operacyjnego. Preparat do odkażania błon śluzowych w urologii, ginekologii itp. Wyrób medyczny kl. III. Preparat nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, nie powodujący bólu, konfekcjonowanego w opakowaniach 250ml z atomizerem i 500ml z przeliczeniem ilości. Powyższy opis poprzez wymóg dostarczenie jedynie preparatu zarejestrowanego jako produkt leczniczy zawęża konkurencję, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4

Dotyczy pakietu Nr 4 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 4 pozycja 2 opakowania o pojemności 5 l.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 5

Dotyczy pakietu Nr 4 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dozowania płynu zgodnie z instrukcją użycia myjni? Dla myjni miniETD2 PAA jest to Detergent 7 ml/ l, Dezynfektant 14 ml/ l i Aktywator 14 ml/ l a dla ETD4 PAA : Detergent 6 ml/ l, Dezynfektant 12 ml/ l i Aktywator 12 ml/ l.


Poniżej wyciąg z instrukcji producenta:

1. miniETD2 PAA

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

6.1 Program PAA: STDRD EndoDis



Rysunek 6.1 Program mini ETD2 PAA: STDRD ENDODIS

- 1) Test szczelności
- 2) Czyszczenie wewnętrzne
- 3) Czyszczenie
- 4) Dezynfekcja
- 5) Płukanie
- 6) Płukanie końcowe
- 7) 5,3 l wody, bez podgrzewania
- 8) 5 l wody, 40°C (-0 K/+5 K), 35 ml EndoDet
- 9) 5 l wody, 35°C (-0 K/+5 K), 70 ml EndoDis, 70 ml EndoAct

2. ETD4 PAA

3.2 STD ENDODIS DRY

Numer materiałowy: 9546600

Etap programu	Czas kontaktu	Ilość używanej wody	Temperatura	Ilość użytego środka chemicznego
Test szczelności	-	-	-	-
Czyszczenie wewnętrzne	0,5 min (±2,5%)	11 l (±5%)	23°C (-0 K/+5 K)	-
Czyszczenie	3 min (±2,5%)	10,5 l (±5%)	35°C (-0 K/+5 K)	63 ml QETC (±10%)
Pierwsze płukanie	0,5 min (±2,5%)	10,5 l (±5%)	Bez podgrzewania	-
Dezynfekcja	5 min (±2,5%)	10,5 l (±5%)	35°C (-0 K/+5 K)	126 ml EndoDis (±10%), 126 ml EndoAct (±10%)
Drugie płukanie	1 min (±2,5%)	10 l (±5%)	Bez podgrzewania	-
Płukanie końcowe	1 min (±2,5%)	9,5 l (±5%)	57°C (-0 K/+5 K)	-
Schładzanie	2 min (±2,5%)	-	Bez podgrzewania	-
Suszenie	15 min (±1%)	-	57°C	-

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie Nr 6

Dotyczy pakietu Nr 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie płynu nie posiadającego pozytywnej opinii producenta myjni miniETD2 PAA i ETD4 PAA?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 7

Dotyczy pakietu Nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie płynów w opakowaniach handlowych producenta poz. 1: 3 x 5L poz. 2: 3 x 2,8 L i poz. 3: 3 x 5 L, dostarczanych w specjalnie zabezpieczonych przed uszkodzeniem jednostkach i tym samym wyrazi zgodę na zaokrąglenie oferowanej ilości opakowań jednostkowych (kanistrów) w górę - poz. 2 do 102 op., poz. 3 do 27 op.?

Odpowiedź:

Tak.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 8

Dotyczy pakietu Nr 4

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane płyny dezynfekcyjne (poz. 2) zostały dostarczone w kanistrach umożliwiających bezkontaktowe podłączenie przewodu czerpania, zgodni z instrukcją użycia producenta myjni, podłączenie bez konieczności odkręcania kanistrów przy wymianie, co zabezpiecza personel przed szkodliwymi skutkami kontaktu personelu ze żrącym środkiem chemicznym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 9

Dotyczy pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynów bez badań mikrobiologicznych potwierdzających skuteczność dezynfekcji w posiadanej przez szpital myjni miniETD2 PAA i ETD4 PAA co pozwoli zaoferować tańsze płyny ale zwiększy ryzyko nieskutecznej dezynfekcji?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 10

Dotyczy pakietu Nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie płynów bez pozytywnej opinii producenta myjni posiadanej przez szpital miniETD2 PAA i ETD4 PAA co pozwoli zaoferować tańsze płyny ale zwiększy ryzyko uszkodzenia posiadanych myjni i wideoendoskopów?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie Nr 11

Dotyczy pakietu Nr 4

Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację myjni miniETD2 PAA i ETD4 PAA które są wyrobami medycznymi przez nieautoryzowany przez producenta myjni podmiot? Chodzi o modyfikację programów oraz bezkontaktowych przyłączy kanistrów żrących środków dezynfekcyjnych na kanistry odkręcane.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie Nr 12

Dotyczy pakietu Nr 4

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane płyny PAA posiadały badanie skuteczności procesu dezynfekcji posiadanych myjni miniETD2 PAA i ETD4 PAA zgodnie z normą EN 15883-1 i 15883-4, załączone do oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl

p.o. z-cy DYREKTORA
ds. LECZNICTWA

lek. med. Grzegorz Łojewski