


Sz.O./SAG/41/2759/19



Kolno, dnia 12.06.2019r.

Do wszystkich uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Pododdziału Geriatrycznego, Oddziału Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowego oraz Ośrodka Diennej Rehabilitacji i Pracowni Fizjoterapii realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0065/18 pn: „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatryj oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenie powiatu kolneńskiego” ; znak przetargu Sz.O./SAG/41/05/19.

Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z zapytaniem Wykonawców, przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie Nr 1

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi do przetargu. Jednocześnie, w nawiązaniu do dalszego procesu serdecznie proszę o informację czy zgodnie z dopuszczeniem równoważnych parametrów dla:

1. Laser wysokoenergetyczny z systemem skanującym
2. Urządzenie do przegrzania głębokiego.
3. Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu wolnostojące.

Proszę o informację czy tabele z parametrami dopuszczonymi – znajdującą się w Załączniku nr 2 do SIWZ (po zmianach) – należy wstawić z parametrami zaproponowanymi/dopuszczonymi pod tabelą zawartą w Załączniku. Dodając opis, iż jest to tabela z parametrami równoważnymi?

Odpowiedź:

Należy zamienić tabelę Zamawiającego w Załączniku Nr 2 do SIWZ na własną z parametrami urządzeń dopuszczonych wraz z informacją o dopuszczeniu na podstawie wyjaśnień i zmiany treści SIWZ z dnia 28.05.2019r.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ, w następującym zakresie:

- 1. W załączniku Nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne wraz z formularzem asortymentowo-cenowym zmienia się treść w Pakiecie Nr 1 pkt. 1 Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Z:

Lp.	Parametr/warunek	Wymagalność tak/nie	Parametr oferowany
1.	Czterosekcyjne łóżko o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w obudowie drewnianej (kolor buk) wyposażone w elektryczną regulację: podparcia pleców, podparcia ud, wysokości łóżka. Leże osadzone na min. 2 siłownikach wznoszących	TAK podać	
2.	Leża min. 4-segmentowe wypełnione metalowymi lamelami.	TAK podać	
3.	Elektryczne regulacje przy pomocy sterownika ręcznego kablowego z możliwością blokady przy pomocy klucza wszystkich regulacji.	TAK podać	
4.	Elektryczne regulacje: - wysokość: 33-73 cm lub 40-80 cm do wyboru na etapie montażu łóżka i w każdym momencie użytkowania ze zmianą bez użycia narzędzi - pozycja anty-Trendelenburga min 0-12° - kąt segmentu oparcia pleców: min. 0-80° - kąt segmentu uda: min. 0-20°	TAK podać	
5.	Barierki boczne drewniane na całej długości od szczytu do szczytu z możliwością opuszczenia tylko jednego końca. Barierki opuszczane poniżej poziomu leża.	TAK podać	
6.	Manualna regulacja segmentu łydek	TAK podać	
7.	Możliwość złożenia ramy leża do pozycji transportowej lub magazynowania bez użycia narzędzi.	TAK podać	
8.	Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 215 cm (+/- 3 cm) - szerokość całkowita: 100 cm (+/- 3 cm)	TAK podać	
9.	Wymiary leża: - długość: 200 cm (+/- 3 cm) - szerokość całkowita: 90 cm	TAK podać	
10.	Bezpieczne obciążenie robocze łóżka: min. 175 kg	TAK podać	
11.	Wyposażenie dodatkowe do każdego łóżka:	TAK podać	



	- materac piankowy w pokrowcu zdejmowanym zmywalnym paroprzepuszczalnym, - wysięgnik na rękę, - szafka przyłóżkowa z blatem bocznym drewniana w kolorze identycznym jak łóżko, szafka wyposażona także w szufladę, zamykaną drzwiczkami szafkę oraz kółka - materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy		
12.	Zasilanie 230V 50Hz	TAK podać	

Na:

Lp.	Parametr/warunek	Wymagalność tak/nie	Parametr oferowany
1.	Czterosekcyjne łóżko o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo wyposażone w elektryczną regulację min.: podparcia pleców, wysokości łóżka.	TAK podać	
2.	Leże 2 lub 4-segmentowe wypełnione metalowymi lamelami lub siatką	TAK podać	
3.	Elektryczne regulacje przy pomocy sterownika ręcznego kablowego z możliwością blokady przy pomocy klucza wszystkich regulacji lub bez możliwości blokady	TAK podać	
4.	Elektryczne regulacje: - wysokość: 33-73 cm lub 40-80 cm, - kąt segmentu oparcia pleców: min. 0-70°	TAK podać	
5.	Barierki boczne na całej długości od szczytu do szczytu z możliwością opuszczenia tylko jednego końca lub na długości ¾ leża opuszczane wzdłuż leża.	TAK podać	
6.	Manualna regulacja segmentu ud min. 0-15°	TAK podać	
7.	Łóżko wyposażone w 4 koła z indywidualnymi blokadami kół.	TAK podać	
8.	Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 215 cm (+/- 3 cm) - szerokość całkowita: 100 cm (+/- 3 cm)	TAK podać	
9.	Wymiary leża: - długość: 200 cm (+/- 10 cm) - szerokość całkowita w zakresie od 90 do 103 cm	TAK podać	
10.	Bezpieczne obciążenie robocze łóżka: min. 175 kg	TAK podać	
	Wyposażenie dodatkowe do każdego łóżka: - materac piankowy w pokrowcu	TAK podać	

11.	zdejmowanym zmywalnym paroprzepuszczalnym, - szafka przyłózkowa wyposażona w szufladę, zamykaną drzwiczkami szafkę oraz kółka - materac przeciwoleżynowy zapobiegający odleżynom do min. 3 stopnia I leczący odleżyny od min. 1 stopnia		
12.	Zasilanie 230V 50Hz	TAK podać	

2. W załączniku Nr 2 do SIWZ– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne wraz z formularzem asortymentowo-cenowym zmienia się treść w **Pakiecie Nr 2 pkt. 4 Łóżka, materace, materace przeciwoleżynowe:**

Z:

Lp.	Parametr/warunek	Wymagalność tak/nie	Parametr oferowany
1.	Czterosekcyjne łóżko o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w obudowie drewnianej (kolor buk) wyposażone w elektryczną regulację: podparcia pleców, podparcia ud, wysokości łóżka. Leże osadzone na min. 2 siłownikach wznoszących	TAK podać	
2.	Leża min. 4-segmentowe wypełnione metalowymi lamelami.	TAK podać	
3.	Elektryczne regulacje przy pomocy sterownika ręcznego kablowego z możliwością blokady przy pomocy klucza wszystkich regulacji.	TAK podać	
4.	Elektryczne regulacje: - wysokość: 33-73 cm lub 40-80 cm do wyboru na etapie montażu łóżka i w każdym momencie użytkowania ze zmianą bez użycia narzędzi - pozycja anty-Trendelenburga min 0-12° - kąt segmentu oparcia pleców: min. 0-80° - kąt segmentu uda: min. 0-20°	TAK podać	
5.	Barierki boczne drewniane na całej długości od szczytu do szczytu z możliwością opuszczenia tylko jednego końca. Barierki opuszczane poniżej poziomu leża.	TAK podać	
6.	Manualna regulacja segmentu łydek	TAK podać	
7.	Możliwość złożenia ramy leża do pozycji transportowej lub magazynowania bez użycia narzędzi.	TAK podać	
8.	Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 215 cm (+/- 3 cm) - szerokość całkowita: 100 cm (+/- 3 cm)	TAK podać	
9.	Wymiary leża:	TAK podać	



	- długość: 200 cm (+/- 3 cm) - szerokość całkowita: 90 cm		
10.	Bezpieczne obciążenie robocze łóżka: min. 175 kg	TAK podać	
11.	Wyposażenie dodatkowe do każdego łóżka: - materac piankowy w pokrowcu zdejmowanym zmywalnym paroprzepuszczalnym, - wysięgnik na rękę, - szafka przyłóżkowa z blatem bocznym drewniana w kolorze identycznym jak łóżko, szafka wyposażona także w szufladę, zamykaną drzwiczkami szafkę oraz kółka - materac przeciwoślizgowy zmiennociśnieniowy	TAK podać	
12.	Zasilanie 230V 50Hz	TAK podać	

Na:

Lp.	Parametr/warunek	Wymagalność tak/nie	Parametr oferowany
1.	Czterosekcyjne łóżko o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo wyposażone w elektryczną regulację min.: podparcia pleców, wysokości łóżka.	TAK podać	
2.	Leże 2 lub 4-segmentowe wypełnione metalowymi lamelami lub siatką	TAK podać	
3.	Elektryczne regulacje przy pomocy sterownika ręcznego kablowego z możliwością blokady przy pomocy klucza wszystkich regulacji lub bez możliwości blokady	TAK podać	
4.	Elektryczne regulacje: - wysokość: 33-73 cm lub 40-80 cm, - kąt segmentu oparcia pleców: min. 0-70°	TAK podać	
5.	Barierki boczne na całej długości od szczytu do szczytu z możliwością opuszczenia tylko jednego końca lub na długości ¾ leża opuszczane wzdłuż leża.	TAK podać	
6.	Manualna regulacja segmentu ud min. 0-15°	TAK podać	
7.	Łóżko wyposażone w 4 koła z indywidualnymi blokadami kół.	TAK podać	
8.	Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 215 cm (+/- 3 cm) - szerokość całkowita: 100 cm (+/- 3 cm)	TAK podać	
9.	Wymiary leża: - długość: 200 cm (+/- 10 cm) - szerokość całkowita w zakresie od 90 do 103 cm	TAK podać	

10.	Bezpieczne obciążenie robocze łóżka: min. 175 kg	TAK podać	
11.	Wypożyczenie dodatkowe do każdego łóżka: - materac piankowy w pokrowcu zdejmowanym zmywalnym paroprzepuszczalnym, - szafka przyłóżkowa wyposażona w szufladę, zamykaną drzwiczkami szafkę oraz kółka - materac przeciwoślizgowy zapobiegający odślizgom do min. 3 stopnia I lecący odślizg do min. 1 stopnia	TAK podać	
12.	Zasilanie 230V 50Hz	TAK podać	

4. W załączniku Nr 2 do SIWZ– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne wraz z formularzem asortymentowo-cenowym zmienia się treść w **Pakiecie Nr 4 pkt. 1 Łóżka elektryczne z wyposażeniem:**

Z:

Lp.	Parametr/warunek	Wymagalność tak/nie	Parametr oferowany
1.	Czterosekcyjne łóżko o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w obudowie drewnianej (kolor buk) wyposażone w elektryczną regulację: podparcia pleców, podparcia ud, wysokości łóżka. Leże osadzone na min. 2 siłownikach wznoszących	TAK podać	
2.	Leża min. 4-segmentowe wypełnione metalowymi lamelami.	TAK podać	
3.	Elektryczne regulacje przy pomocy sterownika ręcznego kablowego z możliwością blokady przy pomocy klucza wszystkich regulacji.	TAK podać	
4.	Elektryczne regulacje: - wysokość: 33-73 cm lub 40-80 cm do wyboru na etapie montażu łóżka i w każdym momencie użytkowania ze zmianą bez użycia narzędzi - pozycja anty-Trendelenburga min 0-12° - kąt segmentu oparcia pleców: min. 0-80° - kąt segmentu uda: min. 0-20°	TAK podać	
5.	Barierki boczne drewniane na całej długości od szczytu do szczytu z możliwością opuszczenia tylko jednego końca. Barierki opuszczane poniżej poziomu leża.	TAK podać	
6.	Manualna regulacja segmentu tydek	TAK podać	
7.	Możliwość złożenia ramy leża do pozycji transportowej lub magazynowania bez użycia narzędzi.	TAK podać	
8.	Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 215 cm (+/- 3 cm) - szerokość całkowita: 100 cm (+/- 3 cm)	TAK podać	
9.	Wymiary leża: - długość: 200 cm (+/- 3 cm) - szerokość całkowita: 90 cm	TAK podać	

10.	Bezpieczne obciążenie robocze łóżka: min. 175 kg	TAK podać	
11.	Wypożyczenie dodatkowe do każdego łóżka: - materac piankowy w pokrowcu zdejmowanym zmywalnym paroprzepuszczalnym, - wysięgnik na rękę, - szafka przyłóżkowa z blatem bocznym drewniana w kolorze identycznym jak łóżko, szafka wyposażona także w szufladę, zamykaną drzwiczkami szafkę oraz kółka - materac przeciwoślizgowy zmiennociśnieniowy	TAK podać	
12.	Zasilanie 230V 50Hz	TAK podać	

Na:

Lp.	Parametr/warunek	Wymagalność tak/nie	Parametr oferowany
1.	Czterosekcyjne łóżko o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo wyposażone w elektryczną regulację min.: podparcia pleców, wysokości łóżka.	TAK podać	
2.	Leże 2 lub 4-segmentowe wypełnione metalowymi lamelami lub siatką	TAK podać	
3.	Elektryczne regulacje przy pomocy sterownika ręcznego kablowego z możliwością blokady przy pomocy klucza wszystkich regulacji lub bez możliwości blokady	TAK podać	
4.	Elektryczne regulacje: - wysokość: 33-73 cm lub 40-80 cm, - kąt segmentu oparcia pleców: min. 0-70°	TAK podać	
5.	Barierki boczne na całej długości od szczytu do szczytu z możliwością opuszczenia tylko jednego końca lub na długości ¾ leża opuszczane wzdłuż leża.	TAK podać	
6.	Manualna regulacja segmentu ud min. 0-15°	TAK podać	
7.	Łóżko wyposażone w 4 koła z indywidualnymi blokadami kół.	TAK podać	
8.	Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 215 cm (+/- 3 cm) - szerokość całkowita: 100 cm (+/- 3 cm)	TAK podać	
9.	Wymiary leża: - długość: 200 cm (+/- 10 cm) - szerokość całkowita w zakresie od 90 do 103 cm	TAK podać	
10.	Bezpieczne obciążenie robocze łóżka: min. 175 kg	TAK podać	
11.	Wypożyczenie dodatkowe do każdego łóżka: - materac piankowy w pokrowcu zdejmowanym zmywalnym paroprzepuszczalnym, - szafka przyłóżkowa wyposażona w szufladę, zamykaną drzwiczkami szafkę oraz kółka - materac przeciwoślizgowy zapobiegający odślizgom	TAK podać	

	do min. 3 stopnia I leczący odleżyny od min. 1 stopnia		
12.	Zasilanie 230V 50Hz	TAK podać	

5. W załączniku Nr 2 do SIWZ– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne wraz z formularzem asortymentowo-cenowym zmienia się treść w **Pakiecie Nr 4 pkt. 8 Wózek do transportu zwłok, ppkt.2:**

Z:

2.	Wózek o stałej wysokości leża. Możliwość wyboru wysokości: 50 lub 85 cm	TAK podać	
----	---	-----------	--

Na:

2.	Wózek o stałej wysokości leża. Możliwość wyboru wysokości: 50 lub 85 cm lub mechaniczna regulacja wysokości leża	TAK podać	
----	--	-----------	--

6. W załączniku Nr 2 do SIWZ– Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne wraz z formularzem asortymentowo-cenowym zmienia się treść w **Pakiecie Nr 4 pkt. 11 Pulsoksymetr, ppkt.9:**

Z:

9.	Dedykowane oprogramowanie komputerowe w języku POLSKIM służące do pobierania, wyświetlania, analizy i zapisywania badań z urządzenia współpracujące z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows Vista i Windows 7	TAK podać	
----	--	-----------	--

Na:

9.	Dedykowane oprogramowanie komputerowe w języku POLSKIM służące do pobierania, wyświetlania, analizy i zapisywania badań z urządzenia współpracujące z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows Vista i Windows 7 lub nowszym	TAK podać	
----	--	-----------	--

7. Punkt 11 ppkt. 1) i 2) SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

- 1) Termin składania ofert upływa dnia **28.06.2019r.** o godz. **11⁰⁰**.
- 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.06.2019r.** o godz. **11³⁰**, w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat Szpitala Ogólnego w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69 (pok. 5 na I-piętrze).

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

W związku z powyższą zmianą SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany Ogłoszenia 2019/S 084-198932 z dnia 30.04.2019r.

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna
Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

DYREKTOR
Szpitala Ogólnego w Kolnie

mgr Krystyna Marianna Dobrowicz