


SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Sz.O./SAG/41/4023 /19

Kolno, dnia 06.09.2019r.



Do wszystkich uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę przyrządów i materiałów używanych na salach operacyjnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak przetargu Sz.O./SAG/41/10/19.

Szpital Ogólny w Kolnie na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy, przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie Nr 1

Dotyczy Pakietu Nr 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Pakiet nr 7

Poz.1) Nożyczki opatrunkowe bez kulki o dł. 170mm lub nożyczki Lister o dł. 180mm z kulką.

Poz.4) Nożyczki o dł. 230mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.5) Nożyczki o dł. 200mm, pozostałe parametry bez zmian.

Z uwagi na fakt, że narzędzia są sprowadzane z Niemiec, zwracamy się z prośbą wydłużenie terminu dostawy- kryterium oceny:

30 dni - 20pkt

45 dni - 10pkt

60 dni - 0pkt

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nożyczki w poz. 4.

Zamawiający nie dopuszcza nożyczki w poz. 1 i 5.

Termin dostawy zgodnie z SIWZ.


Pytanie Nr 2

Dotyczy Pakietu Nr 7 – Lp. 1

Czy Zamawiający dopuści nożyczki typu Lister przedstawione na ilustracji poniżej?

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3

Dotyczy Pakietu Nr 7 – Lp. 2

Czy Zamawiający dopuści nożyczki typu Lister o długości 110mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 4

Dotyczy Pakietu Nr 8 – Lp. 1

Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki naczyniowe Typ MICRO HALSTED odgięte długość 120mm delikatne, skok ząbków 0,5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 5

Dotyczy Pakietu Nr 7 – Lp. 2

Czy Zamawiający dopuści Pinceta anatomiczna wąska prosta długość 110mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 6

Dotyczy Pakietu Nr 7 – Lp. 5

Czy Zamawiający dopuści Pinceta chirurgiczna wąska prosta końcówka robocza 1/2 ząbki, długość 110mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 7

Dotyczy Pakietu Nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki 110 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

NIE.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 8

Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna HALSTED MOSQUITO, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie Nr 9

Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 110 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie Nr 10

Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, uchwyt dł. 120 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie Nr 11

Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 110 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie Nr 12

Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, podpora pod głowę wym. 270X240x150 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie Nr 13

Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pozycjoner wym. 470X150x80 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie Nr 14

Dotyczy Pakietu Nr 13 poz. 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pozycjoner wym. 470X150x120 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

TAK.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 15

Dotyczy Pakietu Nr 13

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów wykonanych z żelu silikonowego lub żelu silikonowego oraz pianki, o następujących właściwościach:

Pozycjoner pokryty poliuretanem, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelny, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności) lub równoważnej, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierny dla promieni RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych, wolny od lateksu, w razie przecięcia żel nie wycieka, posiadający dedykowany zestaw naprawczy.

Pkt. 1

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera pod głowę w kształcie krążka, wykonanego z żelu silikonowego i pianki o wymiarach: 200 x 50 mm

Pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera pod głowę w kształcie podkowy, wykonanego z żelu silikonowego i pianki o wymiarach: 200 x 54 mm
lub

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera pod głowę w kształcie podkowy, wykonanego z żelu silikonowego o wymiarach: 200 x 54 mm

Pkt. 3

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera pod głowę do ułożenia pacjenta na brzuchu, z wycięciem na rurkę intubacyjną, wykonanego z żelu silikonowego i pianki o wymiarach: 273 x 220 x 135 mm
lub

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera pod głowę do ułożenia pacjenta na brzuchu, z wycięciem na rurkę intubacyjną, wykonanego z żelu silikonowego i pianki o wymiarach: 280 x 240 x 140 mm

Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów pod piętę, wykonanych z żelu silikonowego i pianki o wymiarach: 180 x 100 x 70 mm. Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów sprzedawanych w parach oraz o zmianę zapisu w tabeli, w kolumnie „jednostka miary” ze sztuki na pary.

Pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera w kształcie półwałka, wykonanego z żelu silikonowego o wymiarach: 405 x 95 x 75 mm
lub

Pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera w kształcie półwałka, wykonanego z żelu silikonowego i pianki, o wymiarach: 400 x 140 x 110 mm

Pkt. 6

Prosimy o dopuszczenie pozycjonera w kształcie półwałka, wykonanego z żelu silikonowego i pianki, o wymiarach: 405 x 150 x 150 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pkt. 1

Pozycjoner pod głowę w kształcie krążka, wykonanego z żelu silikonowego i pianki o wymiarach: 200 x 50 mm

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pkt. 2

Pozycjoner pod głowę w kształcie podkowy, wykonanego z żelu silikonowego i pianki o wymiarach: 200 x 54 mm

lub

Pozycjoner pod głowę w kształcie podkowy, wykonanego z żelu silikonowego o wymiarach: 200 x 54 mm

Pkt. 3

Pozycjoner pod głowę do ułożenia pacjenta na brzuchu, z wycięciem na rurkę intubacyjną, wykonanego z żelu silikonowego i pianki o wymiarach: 273 x 220 x 135 mm

lub

Pozycjoner pod głowę do ułożenia pacjenta na brzuchu, z wycięciem na rurkę intubacyjną, wykonanego z żelu silikonowego i pianki o wymiarach: 280 x 240 x 140 mm

Pkt. 5

Pozycjoner w kształcie półwałka, wykonanego z żelu silikonowego o wymiarach: 405 x 95 x 75 mm

Pkt. 6

Pozycjoner w kształcie półwałka, wykonanego z żelu silikonowego i pianki, o wymiarach: 405 x 150 x 150 mm

Zamawiający nie dopuszcza:

Pkt. 4

Pozycjonerów pod piętę, wykonanych z żelu silikonowego i pianki o wymiarach: 180 x 100 x 70 mm oraz nie zmienia zapisu w tabeli, w kolumnie „jednostka miary” ze sztuki na pary.

Pkt. 5

Pozycjonera w kształcie półwałka, wykonanego z żelu silikonowego i pianki, o wymiarach: 400 x 140 x 110 mm

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej: www.szpitalkolno.pl

DYREKTOR

Szpitala Ogólnego w Kolnie

mgr Krystyna Marianna Dobrowieź