

Załącznik Nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Automatyczny analizator immunochemiczny

Lp.	Opis parametru	Wartość wymagana/ graniczna	Wartość oferowana
1.	Wieloparametrowy analizator do badań diagnostycznych metodą immunochemiczną, analizator i jego części składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 r oraz urządzenie podtrzymujące napięcie - UPS	TAK	
2.	Możliwość wykonywania hormonów tarczycy, płciowych, markerów nowotworowych, alergologii, markerów sercowych, chorób zakaźnych, HIV oraz D-dimerów, przeciwciał przeciwtarczycowych, biomarkerów-prokalcytonina, aktywnego metabolitu witaminy D wszystkie parametry muszą być wykonywane na jednym analizatorze	TAK	
3.	Możliwość wykonywania pojedynczych badań bez zwiększania kosztów	TAK	
4.	Możliwość wykonywania w tym samym czasie kilku parametrów	TAK	
5.	W zestawie odczynnikowym załączone kalibratory i kontrole jakości	TAK	
6.	Analizator pracujący w sposób ciągły 24 godziny/dobę	TAK	
7.	Termin ważności odczynnika roboczego min 6 miesięcy	TAK	
8.	Zminimalizowanie czynności przy wykonywaniu testów. Całkowicie automatyczny proces analizy.	TAK	
9.	Odczynniki w postaci gotowej do użycia.	TAK	
10.	Krzywa kalibracyjna opracowana przez producenta w formie kodu paskowego, wprowadzana do pamięci komputera automatycznie.	TAK	
11.	Automatyczne testowanie odczynników i systemu	TAK	

12.	Średni czas wykonania oznaczeń 15-60 min.	TAK	
13.	Wykluczone ryzyko kontaminacji-aparat bezigłowy	TAK	
14.	Termin przydatności odczynnika na pokładzie analizatora zgodnie z załączoną ulotką	TAK	
15.	Czułość testu HBsAg wystarczająca do wykrywania mutagenów oraz antygenów w okresie okienka serologicznego	TAK	
16.	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy dzierżawy-uwzględniająca koszty dojazdu, pracy serwisanta oraz koszty napraw, wymiany podzespołów i okresowych przeglądów serwisowych	TAK	
17.	Interwencja serwisu na zgłoszenie do 24 godzin w dni robocze	TAK	
18.	Koszty naprawy analizatora z wyłączeniem części zużywalnych leżą po stronie Wykonawcy.	TAK	
19.	Możliwość pracy analizatora w szpitalnej sieci komputerowej i komunikacji dwukierunkowej z LIS i HIS	TAK	
20.	Podłączenie analizatora do systemu informatycznego laboratorium, wpięcie do systemu na koszt Wykonawcy	TAK	
21.	Oferent zapewni do oferowanego analizatora stanowisko komputerowe, drukarkę.	TAK	
22.	Do oferowanego analizatora zostaną dołączone dokumenty potwierdzające spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań. Należy dołączyć do oferty Deklarację Zgodności CE dla analizatora oraz odczynników w języku polskim.	TAK	
23.	Analizator spełnia wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.	TAK	
24.	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim w formie papierowej dostarczona wraz z analizatorem	TAK	

25.	Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi analizator, oraz zapewni bezpłatne szkolenie pracowników z zakresu obsługi analizatora bezpośrednio po jego instalacji w laboratorium i wystawi certyfikaty uczestnikom szkolenia.	TAK	
26.	Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oferty pełnej, zawierającej wszystkie wymienione elementy (tj. analizator wraz z oryginalnymi odczynnikami, kontrolami i wszystkimi materiałami zużywalnymi producenta do oferowanego analizatora). Mają stanowić kompletny system analityczny pochodzący od jednego producenta.	TAK	
27.	Oferowany analizator musi spełniać wszystkie warunki graniczne. W innym wypadku oferta zostanie uznana za nieważną i odrzucona	TAK	