

Uwagi (wizja z obiektu)		
Lp	Nazwa	Rodzaj / Typ
1	Kolorystyka	
2	Instalacja elektryczna teleinformatyczna przyszwowa	
3	Instalacja gazowa	
4	Ściana	

Lista części

Nr	Nazwa elementu	Ilość	Opis
1.1	Tlen - 02	2 szt.	AGA
1.2	Próżnia - VAC	2 szt.	AGA
1.3	Powietrze - AIR	2 szt.	AGA
2.1	Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziomiającym 230V, biowalne, białe	8 szt.	
2.2	Gniazdo wyrównania potencjałów	4 szt.	
2.3	Gniazdo 2xRJ45 kat.6	1 szt.	
2.4	Oświetlenie pod parapet	1 szt.	
3.1	Oświetlenie ogólne (zapalane z włącznika na ścianie) 2x2500lm	1 szt.	
3.2	Oświetlenie miejscowe (zapalane z manipulatora) 2x2900lm	1 szt.	
3.3	Oświetlenie nocne LED 3W (zapalane z manipulatora)	1 szt.	
3.4	Płytka przekaźnikowa sterująca załączaniem oświetlenia z systemem przywoławczym	1 szt.	
4.1	Szyna medyczna 1000mm	2 szt.	górna i dolna
4.2	Wieszak na kroplówki 4-hakowy	1 szt.	1260 mm
4.3	Półka 220x330	1 szt.	

Data:	Potwierdzenie akceptacji Zamawiającego	Data:	Potwierdzenie akceptacji Producenta	Data:	Przyjęcie do Produkcji

Projektował:	Sprawdził:	Zatwierdził:	Nr SN:	Data:	Nr RAL:
K. Makouchyk				2021-03-17	ANODA

Nazwa wyrobu: Ścienny System Zasilania KENDROLINE KL400 1600 mm, Jednostanowiskowy

Skala: 1:10

Nazwa firmy: KENDROMED SP. Z O.O.

Nr ZP:	Ilość:	Typ:	Wersja:
	1	1	2

Arkusz: 1 / 5

Rysunek nie może być bez pisemnej zgody odwzorowywany i przekazywany w kraju oraz za granicą



Lista części

Nr	Nazwa elementu	Ilość	Opis
1	Zawieszenie sufitowe (płyta stropowa i interfejsowa wyposażona w elektryczne i gazowa ballowy zasilający oraz otwory odkrywkowe)	1 kpl.	
2	Osłona sufitowa okrągła	1 kpl.	
3	Ramię poziome 600+800 mm	1 kpl.	
4	Hamulce pneumatyczne i ciche	4 kpl.	
5	Głowica pionowa, wysokość 1000 mm	2 kpl.	
6.1	PPG - tlen O2	2 szt.	AGA
6.2	PPG - powietrze	2 szt.	AGA
6.3	PPG - próżnia - VAC	2 szt.	AGA
7.1	Gniazdo elektryczne 230V, z bolcem ochronnym, białe	8 szt.	
7.2	Gniazdo wyrównania potencjału PA	4 szt.	
7.3	RJ45 podwójne	1 szt.	
8.1	Półka z otworami/zaczepami	2 szt.	450x300
8.2	Szuflada pod półką	1 szt.	
8.3	Wieszak na kroplówki	1 szt.	1000mm
8.4	Dojazek infuzyjny na pompy	3 szt.	1000mm

Data:	Potwierdzenie akceptacji Zamawiającego	Data:	Potwierdzenie akceptacji Producenta	Data:	Przyjęcie do Produkcji

Projektował:	Sprawdził:	Zatwierdził:	Nr SN:	Data:	Nr RAL:
K.Makouchyk				2021-03-24	

Nazwa wyrobu: Kolumna medyczna KLOOS-ALFA 100/80 OIOM

Skala: 1:12

Nazwa firmy: KENDROMED SP. Z O.O.

Nr ZP:	Ilość:	Typ:	Wersja:
	1	1	1

Arkusz: 1 / 5

Rysunek nie może być bez pisemnej zgody odwzorowywany i przekazywany w kraju oraz za granicą

Rzut parteru



x4 — Zestaw gniazd elektrycznych p/t :
gniazda z uziemieniem(z zac.śrubowymi)- szt.4
gniazdo wyrównania potencjału -szt.1
ramka 5-krotna

OZNACZENIA

YDYżo3x2,5mm² nk,w RLpt / zasil.kolumn anstezjol.- napięcie z obw.separowanych

/YDYżo3x2,5mm² nk,w RL pt / zasil.lamp operacyjnych.- napięcie z obw.separowanych /

YDYżo3x2,5mm² nk,RL pt ,RLpp/ zasil.stołów operacyjnych - napięcie 230V z Tsor/

Wszystkei przewody układać pp,p/t w rurach instalacyjnych

Projlokalizacja opraw bakteriobójczych – dostawa Inwestorska

Lampa sygndlizacyjna pracy oprawy bakteriobójczej

Instalację wykonać przewodem YDYżo 3x1,5mm2. Załączanie lamp wykonać poprzez zewnętrzny licznik –programator czasu pracy lamp bakteriobójczych typu LW-SK instalowany powyżej wyłącznika oświetlenia w obszarze danego pomieszczenia.

Numer	Nazwa	Powierzchnia
SIP dobudowa		
1.12	Łazienka	3.94 m²
1.13	Łazienka	5.26 m²
1.10	Sala opatrunków gipsowych	14.02 m²
1.9	Gabinet lekarski	14.79 m²
1.15	Komunikacja	24.63 m²
1.19	Magazyn	3.74 m²
1.17	Sala intensywnej terapii	16.38 m²
1.18	Magazyn	4.38 m²
1.11	s.obserwacyjna	25.28 m²
1.16	S.substytucyjno-zabiegowa	16.66 m²
1.14	P.lekarski	11.98 m²
1.1	Podjazd karetki	45.53 m²
1.2	Przedsionek	12.45 m²
1.4	Wejście dla pacjentów	10.03 m²
1.3	p.dekontaminacji	14.76 m²
SIP dobudowa: 15		223.81 m²
SIP istniejące		
1.21	Łazienka pacjent	3.89 m²
1.23	Przedsionek	3.77 m²
1.20	Pom. porządkowe	4.28 m²
1.25	Łazienka	3.18 m²
1.6	P.segregacji i rejestracji	9.22 m²
1.7	p. segregacji i przyjęć	23.45 m²
1.24	p.pielęgniarek	15.04 m²
1.8	Gabinet zabiegowy	15.13 m²
1.26	Pomoc świąteczna	16.62 m²
1.5	Poczekalnia	12.52 m²
1.57	Komunikacja	34.68 m²

Inwestor:

Szpital Ogólny w Kolnie
ul.Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno

Forma projektu: PB

Nazwa projektu: Przebudowa i dobudowa pomieszczeń Szpitalnej Izby Przyjęć do Budynku Głównego Szpitala Ogólnego w Kolnie

Rewizja: 00

Nr i nazwa tomu: *Projekt architektoniczno-budowlany*
Instalacje elektryczne

Branża: ELEKTRYCZNA

Tytuł rysunku: *Plan instalacji obwodów separowanych - RZUT PARTERU*

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI nr upr. WAM/0050/POOE/08 W-MOiB nr ewid. WAM/IE/0364/01	inst. elektryczne	
Sprawdził:	inż. JERZY ADAM GÓRNIAK nr upr. PDL/0068/POOE/12	inst. elektryczne	

Numer umowy:

Data opracowania: 15.04.2021

Skala: 1:120

Numer rysunku: E6