

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Kolno, dnia 05.08.2022r.

Sz.O./ZP/41/3752/22

Do wszystkich uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę chirurgicznych materiałów szewnych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak sprawy: Sz.O./ZP/11/2022

Zamawiający Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przekazuje wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1

Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1-5, 10-11

Czy Zamawiający dopuści Siatka chirurgiczna do przepuklin, polipropylenowa, niewchłaniałna, struktura prawdziwego monofilamentu, nie dająca odczynów, nie strzępiąca się, dająca się dowolnie ciąć, gramatura 85g/m², wielkość porów 1,0x1,2 mm, grubość 0,55 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 2

Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 6-9

Czy Zamawiający dopuści Siatka chirurgiczna do przepuklin, polipropylenowa, niewchłaniałna, struktura prawdziwego monofilamentu, nie dająca odczynów, nie strzępiąca się, dająca się dowolnie ciąć, gramatura 55g/m², wielkość porów 1,3 x 2,0 mm, grubość 0,55 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 3

Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 3, 8

Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 8 x 15 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 4

Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiar siatki 6 x 11 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 5

Dotyczy Pakietu Nr 6

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących parametrach technicznych ?
Uniwersalna taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z dostępem przezczasłonowego jak i nadłonowego wykonana polipropylenu monofilamentowego o parametrach:

- szerokość: 1,2 cm
- długość: 45 cm.
- grubość: 0,45 mm
- gramatura: 57 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm

System jednorazowy i sterylny, laserowo zgrzewane brzegi taśmy, Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami. Taśma przystosowana do użycia z przewodnikami wielorazowymi z dostępem przezczasłonowego jak i metodą załonową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 6

Dotyczy Załącznika Nr 9 do SWZ – Wzór Umowy § 6 ust. 1 pkt b

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt b.:

1. Stosowanie kar umownych:

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości umownej brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie.**

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 7

Dotyczy Załącznika Nr 9 do SWZ – Wzór Umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

http://szpitalkolno.pl/bip_1/index.php?id=119