

Kolno, dnia 10.08.2022 r.

Sz.O./ZP/41/3804/22

Do wszystkich uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak sprawy: Sz.O./ZP/12/2022

Zamawiający Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), przekazuje wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1

Dotyczy Załącznika Nr 9 do SWZ – Wzór Umowy § 6 ust. 1 pkt b

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 6 ust. wzoru Umowy. Zamawiający w § 6 ust. 1B wskazał: Stosowanie kar umownych:

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości umownej brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 0,2% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy.

Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,2% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający.

W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”

W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 6 ust 1B wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 0,1% wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 2

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3d

Prosimy o dopuszczenie strzykawek 20 ml pakowanych po 80szt./op. z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 3

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie strzykawek niskooporowych 10 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o poniższych parametrach:

Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j.uż. wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną czarną skalę, stożek Luer zbieżność 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, pojedyncza kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku, opakowania jednostkowe typu blister pack, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, strzykawki jałowe, apirogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z logiem producenta, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na opakowaniu zbiorczym. Strzykawki bez ftalanów. Informacja o braku ftalanów nie umieszczona na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 5

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3a

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek ze skalą nominalną 2ml bez rozszerzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 6

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3b

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek ze skalą nominalną 5 ml bez rozszerzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 7

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3c

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek ze skalą nominalną 10 ml bez rozszerzenia.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 8

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3d

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek ze skalą nominalną 20 ml bez rozszerzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 9

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3d

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 10

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z zielonym tłokiem, skalą rozszerzoną o min. 20 %, nazwą producenta, typem strzykawki na cylindrze oraz informacją o braku ftalanów na op. jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 11

Dotyczy SWZ

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu, prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 12

Dotyczy SWZ

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrob, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Pytanie Nr 13

Dotyczy SWZ

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 14

Dotyczy SWZ

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie Nr 15

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4-6

Czy zamawiający wydzieli poz.4-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie Nr 16

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 17

Dotyczy Pakietu Nr 15

Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 18

Dotyczy Pakietu Nr 15

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny o wymiarach:

Mankiet 5 cm

Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm)

Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 19

Dotyczy Pakietu Nr 15

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 20

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową z igłą 0,45x13 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 21

Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3d

Czy Zamawiający dopuści w op. a'50 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 22

Dotyczy Pakietu Nr 15

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje w tej pozycji fartucha jałowego, czy niejłowego?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje fartucha niejłowego.

Pozostałe warunki zawarte w SWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

http://szpitolkolno.pl/bip_1/index.php?id=119