

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Kolno, dnia 19.09.2022r.

Sz.O./ZP/41/4253/22

Do wszystkich uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę chirurgicznych materiałów szewnych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak sprawy: Sz.O./ZP/16/2022

Zamawiający Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1

Dotyczy Pakietu Nr 2

Czy Zamawiający dopuści taśmy o specyfikacji bardzo zbliżonej do wymagań Zamawiającego : Uniwersalna taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet z dostępem przezzasłonowemu jak i nadłonowemu. Taśma wykonana z niewchłaniającego polipropylenu monofilamentowego. Parametry: szerokość: 1,1 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,50 mm, gramatura: 57 g/m², wielkość porów: 0,90 mm. Taśma przystosowana do użycia z prowadnicami wielorazowymi z dostępem przezzasłonowemu jak i metodą załonową.

Taśma w plastikowej osłonce. Osłonka nie zachodzi na siebie, pozostawiając środek z taśmą. Końce taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie Nr 2

Dotyczy Pakietu Nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2:

taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, do implantacji przezzasłonowej i nadłonowej, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, w plastikowej osłonce, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, gramatura 48 g/m², na środku znajdują się czarne znaczniki ułatwiające pozycjonowanie podczas zabiegu, atraumatyczne brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, symetryczne 1,5 cm zwężenia na końcach, przystosowana do użycia narzędziami wielorazowego użytku z dostępem TV i TOT?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

http://szpitalkolno.pl/bip_1/index.php?id=119