

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE WRAZ Z FORMULARZEM
ASORTYMENTOWO-CENOWYM**

Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej z wyposażeniem – 2 szt.

Lp.	Asortyment	Ilość	Cena jedn. netto	VAT %	Wartość netto	Wartość brutto	Model/typ, Producent, rok produkcji (wszystkich elementów składowych)
1.	Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej z wyposażeniem	2 szt.					
Razem wartość netto							
Razem wartość brutto							

Producent:

Model:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022r.

Lp.	Parametr/warunek	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1.	Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenem High flow ze zintegrowanym nawilżaczem dostarczającym ogrzane i nawilżone gazy oddechowe (powietrze z tlenem) pacjentom oddychającym przez kaniulę donosową i tracheotomijną – automatyczny pobór tlenu z instalacji	TAK, podać	
2.	Wbudowany mikser gazów z precyzyjnym ustawieniem FiO2 w zakresie 21-100%, bez potrzeby dołączania zewnętrznego przepływomierza	TAK, podać	
3.	Posiada wejście typu NIST do podłączania węża tlenowego łączącego urządzenie z instalacją gazów medycznych np. AGA	TAK, podać	
4.	Cyfrowy wyświetlacz: temperatura, przepływ i stężenie tlenu FiO2, sPEEP, RR	TAK, podać	
5.	Min. 9 stopniowe ustawienia temperatury w zakresie: 29 do 37 °C, co 1 °C	TAK, podać	
6.	Zakres przepływów min.: 2-80 l/min (tryb pediatryczny od 3 kg)	TAK, podać	

7.	Wbudowany czujnik sensora tlenu ultradźwiękowy (nie wymaga wymiany co roku)	TAK, podać	
8.	Wózek medyczny na 4 kółkach I z hamulcami	TAK, podać	
9.	W komplecie jest: komora nawilżacz z samonapełniającą się komorą wraz z adapterem, kaniula donosowa w rozmiarach S, M, L wyposażona w regulowany pasek zakładany na głowę, rura podgrzewana	TAK, podać	
10.	Łączniki tracheo do terapii tlenowej High Flow przystosowane do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi	TAK, podać	
11.	Waga max. 5 kg, wymiary max. 350 mm x 300 mm x 200 mm	TAK, podać	
12.	Posiada alarmy z możliwością wyciszenia min.: awaria zasilania, usterka urządzenia, odłączona rura, sprawdź wodę, FiO2 za wysokie lub za niskie, port wlotowy zablokowany, niskie napięcie wejściowe, awaria podgrzanego nawilżacza, nie można osiągnąć docelowego FiO2, nie można osiągnąć celu temperatury, nie można osiągnąć przepływu docelowego, kaniula nosowa zablokowana, wyłącz źródło O2, rura uszkodzona, wymień filtr	TAK, podać	
13.	Przegląd trendów w leczeniu na wyświetlaczu oraz kartę pamięci SD	TAK, podać	
14.	Zestaw zawiera min.: - aparat high flow z wózkiem medycznym - komorę nawilżacz wraz z adapterem - filtr wielorazowego użytku 10 szt. - przewód zasilający 2 szt. - rurę grzewczą - kaniulę nosową do wysokiego przepływu S, M, L – 3 szt. - kartę SD - instrukcję obsługi w języku polskim	TAK, podać	

UWAGA!

Podane wyżej parametry są wymaganiami minimalnymi dla przedmiotu zamówienia. Niespełnienie któregośkolwiek z wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

W kolumnie „Parametr oferowany” Wykonawca wpisuje słowo „TAK”, jeśli oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne parametry podane przez Zamawiającego i podaje ten parametr.

W sytuacji zaoferowania przedmiotu zamówienia o parametrach wyższych niż minimalne, oprócz wpisania słowa „TAK” należy je również podać w kolumnie „Parametr oferowany”.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaoferował wyższe niż wymagane parametry, będzie on zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia posiadającego te wyższe parametry.

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.